

Số: 98 /TB-BVTMH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Mời chào giá dự toán mua sắm máy đo đa ký giấc ngủ

Bệnh viện kính thông báo đến các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cần quan tâm cung cấp gửi bằng chào giá mua sắm máy đo đa ký giấc ngủ để phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.

Bệnh viện Tai Mũi Họng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho việc: Mua sắm máy đo đa ký giấc ngủ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tai Mũi Họng số 155B Trần Quốc Thảo, phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Kiều Phú Đồng, ĐT: 028.39311607, Email: ttbbenhvientaimuihonghcm@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Cổng bảo vệ số 4 (Cổng Cấp Cứu) địa chỉ: 155B Trần Quốc Thảo, phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị quý công ty ghi rõ nội dung chào giá ở bìa thư.

- Nhận qua Email: Quý công ty/Đơn vị cung cấp gửi files Excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến Email: ttbbenhvientaimuihonghcm@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá 10 ngày làm việc: Từ 13h ngày 31 tháng 01 năm 2024 đến trước 16h00 ngày 15 tháng 02 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị) theo phụ lục danh mục và tính năng kỹ thuật đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Lầu 3 khu nhà C Bệnh viện Tai Mũi Họng: 155B Trần Quốc Thảo, phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.


3. Thời gian giao hàng: 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi Bên bán cung cấp đầy đủ hóa đơn và chứng từ thanh toán hợp lệ.

5. Các thông tin khác:

- Thư xác nhận nhà phân phối

- Hồ sơ kỹ thuật sản phẩm gồm catalog, datasheet
- Hợp đồng tương tự đã thực hiện và hóa đơn bán hàng


Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Các công ty có nhu cầu;
- P.QLCL để kiểm duyệt;
- P.CNTT để đăng tải;
- Lưu VT, "TTBYT (KPĐ/2b) PHS".



GIÁM ĐỐC


Lê Trần Quang Minh



PHỤ LỤC
DANH MỤC VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

(Ban hành kèm thông báo mời chào giá số: 98 /TB-BVTMH, ngày 31 tháng 01 năm 2024)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy đo đa ký giấc ngủ	PHẠM VI CUNG CẤP Hàng mới 100%, sản xuất năm 2021 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn cho một máy: 01 bộ, bao gồm: - Máy chính: 01 cái - Cảm biến đo SpO2 loại dùng nhiều lần size M: 01 cái - Dây nối cảm biến đo SpO2: 01 cái - Kẹp giữ dây đo SpO2: 01 cái - Dây cáp để tải dữ liệu vào máy tính: 01 cái - Cảm biến hô hấp gắng sức: 01 cái - Dây đeo máy: 01 cái - Dây đeo mũi (dây cannula) để kiểm tra máy: 1 cái - Pin AAA để kiểm tra máy: 01 bộ - Phần mềm đọc kết quả: 01 cái - Túi đựng máy: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 1. Chỉ tiêu kỹ thuật Công nghệ thiết bị: - Thiết bị có khả năng ghi lại tối đa năm kênh thông tin bao gồm: nỗ lực hô hấp, nhịp xung, độ bão hòa oxy, lưu lượng hít vào và giai đoạn ngáy với thời gian ghi dữ liệu dài hơn các phiên bản trước đó. - Phần mềm đọc cung cấp cho bác sĩ lâm sàng quyền truy cập và chế độ xem chi tiết hơn của dữ liệu bệnh nhân: - o Tất cả các tính hiệu có thể điều chỉnh biên độ - o Thanh công cụ cho lựa chọn thời gian - o Lựa chọn hiển thị theo các sự kiện - o Lựa chọn thời gian - o Lựa chọn các tín hiệu cho xem lại:	01	Cái



		▪ Lưu lượng hít vào từ mũi ▪ Dữ liệu ngáy ▪ Nỗ lực hô hấp ▪ Nhịp mạch ▪ Độ bão hòa oxy - Hoạt động tắt mở trực quan với một nút chạm - Thời gian ghi lâu hơn (12 giờ) và tăng dung lượng lưu trữ (48 giờ) - Đèn kiểm tra cung cấp sự phản hồi về thời gian ghi cho người sử dụng - Chỉ thị tín hiệu tốt giúp việc thiết lập thành công - Phân tích tự động đáng tin cậy: ○ Bao gồm chỉ số ngưng thở - giảm thở (AHI), chỉ số giảm hô hấp (HI), dòng lưu lượng hạn chế, ngáy ngủ và bão hòa oxy (ODI) ○ Khả năng chấm điểm thủ công cho dữ liệu bệnh nhân chi tiết hơn ○ Các thông số phân tích có thể được cấu hình cho phép điều chỉnh ngưỡng - Kết quả được xác nhận đáp ứng các định nghĩa AASM và CMS cho nguyên tắc ghi điểm giảm thông khí - Dò tìm nhịp thở Cheyne-Stokes giúp xác định khi nào nên giới thiệu để bệnh nhân chẩn đoán thêm trong phòng thí nghiệm - Sự khác biệt giữa tắt nghẽn và ngưng thở do thần kinh - Tùy chọn báo cáo linh hoạt ○ Có thể gửi bản tổng quan tới bác sĩ qua email hoặc các bên liên quan khác ○ Mở rộng bản báo cáo với bổ sung dữ liệu hô hấp ○ Trang đơn thuốc được sắp xếp hợp lý cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe 2. Tính năng kỹ thuật Thông số kỹ thuật: - Bộ ghi: ○ Phần cứng được tăng cường ○ Cảm biến đo nỗ lực hô hấp EasySense ○ Đo độ bão hòa oxy ○ Chỉ thị đèn: ▪ Chỉ báo kiểm tra hoàn tất ▪ Chỉ báo dòng hô hấp ▪ Chỉ báo kết nối của cảm biến đo nỗ lực ▪ Chỉ báo kết nối của đo độ bão hòa oxy		
--	--	--	--	--

		- Tín hiệu được ghi: ○ Nỗ lực hô hấp ○ Dòng lưu lượng hô hấp ○ Ngáy ○ Độ bão hòa oxy trong máu ○ Nhịp xung ○ Điện áp pin - Ứng dụng tải dữ liệu: tải qua máy tính - Pin bên trong: sử dụng pin alkaline loại AAA - Bộ nhớ bên trong: ○ Giai đoạn ghi: 48 giờ ○ Đồng hồ bên trong - Kích thước: ○ Ghi: 62 x 102 x 30 mm ○ Bộ đo bão hòa oxy: 53 x 20 x 15 mm ○ Khối lượng bộ ghi: 66g		
--	--	---	--	--



BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Tai Mũi Họng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của *Bệnh viện Tai Mũi Họng*, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tên thiết bị									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))